

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

### **1. Zakup laboratoryjnego śrutownika młotkowego**

#### Wymagania techniczne:

- Przemiał ziarna w celu dalszych analiz laboratoryjnych m.in. liczba opadania, ilość mokrego glutenu i jego jakość (zgodnie z normami PN-ISO 3093, PN-A-74073, PN-77/A-74041).

### **2. Zakup sortownika mechanicznego do badania celności i wyrównania ziarna**

#### Wymagania techniczne:

- Określanie celności i wyrównania ziarna jęczmienia i owsa do przetwórstwa (zgodne z normą PN-R-74110).
- Sita o wymiarach oczek 2,8x25 mm, 2,5x25mm, 2,2x25 mm.
- Zasilanie 24 V DC.

### **3. Ciepłarka laboratoryjna**

#### Wymagania techniczne:

- Naturalny obieg powietrza
- Pojemność 56 l
- Zakres temperaturowy pracy: 5°C -100°C
- Wymiary max zewnętrzne urządzenia: szer. 590 mm, wys. 710 mm, gł. 620 mm
- Zasilanie 24 V DC.